

	DİŞ PROTEZ LABARATUVARI ÖLÇÜ VE MODELLERİN ALINMASI-KABULÜ-TRANSFERİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI		Doküman Kodu	SH.PL.03.01
			Yayın Tarihi	01.01.2014
			Revizyon Tarihi	07.03.2022
			Revizyon No	03

1.AMAÇ :

Fakültemize gelen hastaların protez teşhisi konduktan sonra protez laboratuvarında çalışmaların etkili ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, ayrıca hastalara ve laboratuvar çalışanlarına sağlıklı bir ortam sağlanması.

2.KAPSAM:

Ölçünün alınması ve teslimi, modelin oluşturulması ve teslimi, protezin teslimi, dezenfeksiyonu ve transferin çalışan tarafından yapılmasını kapsar.

3.KISALTMALAR:

-HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4.SORUMLULAR:

Üst Yönetim, tüm Diş Hekimleri ve Diş Protez Teknisyenleri

5.FAALİYET AKIŞI:

- Öncelikle ölçülerin (Protez ölçüleri, apareyler, yer tutucular, gece plağı vb) alındığı tarih ve saat ile ölçülerin laboratuvara kabul ediliş tarih ve saati ve protezin teslim tarih ve saati kayıt altına alınmalıdır.
- Tüm kayıtlar HBYS üzerinde kayıt edilmelidir.

Ölçü Alınması ve Teslimi

- Klinikler tarafından protez takip kartları eksiksiz doldurulur Hasta ve teknisyene verilen tarihler aynı olmamalı teknisyene verilen tarih, hastaya verilen randevu tarihinden 1 iş günü önce olmalıdır.
- Alınan ölçü maddesi kaşık üzerinden ayrılmamalı ve herhangi bir parçası kopmamalıdır.
- Ölçü maddesi yumuşak ve sert doku detaylarını iyi vermelidir.
- Ölçü üzerinde hava kabarcığı kalmamalıdır.
- Ölçü, ölçü netliğini bozacak kan ve tükürükten arındırılmış olmalıdır.
- Ölçü sınırları, yapılması planlanan protez hudutlarını içine alacak şekilde olmalı.
- **Klinikte Hekim tarafından alınan ölçü su altında kan ve tükürükten temizlendikten sonra dezenfekte madde ile dezenfekte edilip, poşet veya plastik kaplar içerisinde laboratuvara transferi sağlanır.**
- Protez ölçüleri hastanın ağzına uygun ölçü kaşığı tespit edildikten sonra aljinat ile alınmalıdır.(Birinci ölçü)
- Teknisyen tarafından hazırlanmış olan baz plak modelleri ile hastadan aljinat kullanılarak ikinci ölçü alınır.

Modelin Oluşturulması ve Teslimi

- Klinikten Protez Laboratuvarına kurallara uygun şekilde ölçü transferi yapıldıktan sonra Teknisyenler tarafından uygun alçı kullanılarak (1 ölçü için beyaz alçı ikinci ölçü için sert alçı) model dökümü yapılır.
- Ölçü sonrası elde edilen alçı model ölçüyü tam olarak yansıtmalıdır. Modelde yapılacak protetik tedavi işlemini menfi şekilde etkileyecek (hava kabarcığı, eksiklik, diş kırığı vb.) sorunlar oluşursa ölçü tekrarlanır.

	DİŞ PROTEZ LABORATUVARI ÖLÇÜ VE MODELLERİN ALINMASI-KABULÜ-TRANSFERİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI		Doküman Kodu	SH.PL.03.01
			Yayın Tarihi	01.01.2014
			Revizyon Tarihi	07.03.2022
			Revizyon No	03

- Model hazırlandıktan sonra Hekim onayı alınarak bir sonraki aşamaya geçilir.
- Alınan ölçüler laboratuardaki teknisyenlere verilerek beyaz ölçü ile dökümleri yapılarak çenelerin modeli oluşturulmalıdır.
- **Ölçüler alındıktan sonra tek kullanımlık kutular içerisinde dezenfektan sıkılarak kurum laboratuvarına gider. Orada steril bir şekilde dökülerek hastanın alçı modelleri elde edilir ve naylon poşetler içerisinde kırılmadan ilgili laboratuara, görevli laboratuvar elemanı tarafından götürülmeli transfer esnasında alçı modellerin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Şayet kırılma olursa hekime bildirilmeli ve mutlaka yenilenmelidir. Transfer sırasında hastaya mutlaka protez bitimi ile ilgili bilgi verilmelidir.**
- **Protez ölçüleri protez laboratuvarına geldiğinde görevli kişi dezenfekte eder ve sıra ile teknisyenlere ölçüleri verir. Alınan ölçülerin alçısı hemen dökülmelidir. (20 +/-10 dak.) (aksi halde ölçüler deforme olabilir.)**
- Model alçı kesme motoru ile düzgün şekilde kurallara uygun olarak kesilir.
- Alçı modellere baz plak adı verilen kaide plağı yapılır.
- Kaide plağı yapılan modeller mumlu prova yapılmak üzere diş hekimine gönderilir. Diş hekimi hastanın kapanış boyutunu alır, diş rengine karar verir. dezenfekte edilen model laboratuara gelir. **Görevli tarafından ilgili diş hekimine verilir.**
- Model, teknisyen tarafından oklüzöre alınır. Diş dizimi yapılır. Diş hekimine gönderilir.
- **Dişli provası yapılan model, dezenfekte edilerek tekrar laboratuvara gelir. Görevli tarafından ilgili diş teknisyenine teslim edilir.**
- Diş teknisyeni kurallarına göre modelasyon yapar. Muflaya alarak, mufla işlemlerini yapar. Sıcak akrilik presleme tekniği ile su kaynatma kabında akriliğin özelliğine göre, sıcak polimerizasyon yapılır.

Protezin Teslimi

- Mufla polimerizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra açılır. İçinden diş protezi çıkarılır. **Aşındırma işlemleri, polisaj işlemleri tamamlanan diş protezi dezenfekte edilerek hastaya takılması için ilgili diş hekimine görevli tarafından teslim edilir.** Diş hekimi hastaya diş protezini takar ve hastayı memnun bir şekilde gönderir.
- Diş protezinde problem olursa diş hekimi hasta memnun olana kadar diş protez laboratuvarı teknisyenleri ile işbirliği yaparak sorunları çözümlenmelidirler.

Dezenfeksiyonu

- Hasta ağzından alınan ölçüler, laboratuara getirilmeden önce akan su altında yıkanarak kan, tükürük ve diğer artıklar temizlenir. Hızlı etkili sprey dezenfektan ile dezenfekte edilir. Tek kullanımlık taşıma poşetine konulur.
- Ölçüler alındıktan sonra, protez laboratuvarına geldikten sonra dişli prova aşamasındaki model kliniklere gönderilmeden önce, protezin tesliminde protez, laboratuvarıdan hekime teslim edilirken dezenfeksiyonu sağlanır.

	DİŞ PROTEZ LABARATUVARI ÖLÇÜ VE MODELLERİN ALINMASI-KABULÜ-TRANSFERİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI	Doküman Kodu	SH.PL.03.01
		Yayın Tarihi	01.01.2014
		Revizyon Tarihi	07.03.2022
		Revizyon No	03

- Laboratuarda işlem görüp kliniğe gönderilecek olan ölçüler tekrar dezenfekte edilir

Ölçü Transfer İşlemleri

- Merkezimize bağlı kurum protez laboratuvarında yapılan protezlerin transferini idare tarafından belirlenen hastane çalışanları sağlamaktadır. Özel laboratuvarın transfer işlemleri ise kendi çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her iki laboratuvarın transfer işlemleri hasta bilgilerinin yazılı olduğu tek kullanımlık poşetlerle yapılmalıdır.